

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 16-2026-MIDAGRI/SENASA/PRODESA
ADQUISICIÓN DE KIT DETECCIÓN MOLECULAR DE LISTERIA MONOCYTOGENES Y PLACA PARA RECuento DE STPHYLOCOCCUS AUREUS
PARA EL MONITOREO 2026 PARA UCCIRT

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/O ACLARACIONES

N°	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
LICITANTE 1			
1	ÍTEM 01 EE.TT. A01	Se realiza la consulta al comité evaluador, en coordinación con el área usuaria, se permita modificar el contenido del kit indicado en el punto D01, agrupando el suministro en dos kits complementarios que, en conjunto, cumplan con las 96 reacciones requeridas (kit de lisis x 96 reacciones y kit de PCR en tiempo real para Listeria monocytogenes x 96 reacciones)	Al respecto, ver Enmienda 1.
2	ÍTEM 01 EE.TT. D01	La marca que representamos (Bio-Rad, Estados Unidos) cuenta con un kit de PCR en Tiempo Real para detección de Listeria monocytogenes x 96 reacciones que cumple con todas las características técnicas solicitadas e incorpora mejoras tecnológicas significativas, entre las cuales destaca la omisión del uso de Proteinasa K, lo que reduce el tiempo de trabajo manual al requerir únicamente dos pasos de pipeteo antes del inicio de la reacción. Dicho kit cuenta con validaciones AOAC. En ese sentido, y con el fin de ampliar las opciones para la postulación al presente proceso, solicitamos lo siguiente: Se autorice modificar el contenido del kit indicado en el punto D01, agrupando el suministro en dos kits complementarios que, en conjunto, cumplan con las 96 reacciones requeridas: 1. Kit de lisis: 12 tiras de 8 tubos con reactivo de lisis, con sus cierres respectivos. 2. Kit de PCR en tiempo real: 12 tiras de 8 tubos con reactivo liofilizado (pellet) y 12 tiras de 8 tapas para tubos de PCR, que incluya control positivo y control negativo.	Al respecto, ver Enmienda 2.
3	ÍTEM 01 EE.TT. D01	La marca que representamos (Bio-Rad, Estados Unidos) cuenta con un kit de PCR en Tiempo Real para detección de Listeria monocytogenes x 96 reacciones que cumple con todas las características técnicas solicitadas e incorpora mejoras tecnológicas significativas, entre las cuales destaca la omisión del uso de Proteinasa K, lo que reduce el tiempo de trabajo manual al requerir únicamente dos pasos de pipeteo antes del inicio de la reacción. Dicho kit cuenta con validaciones AOAC. En ese sentido, y con el fin de ampliar las opciones para la postulación al presente proceso, solicitamos lo siguiente: Se autorice ampliar el tipo de validación y certificación exigida, incluyendo la validación AOAC como alternativa válida a la certificación AFNOR actualmente requerida.	Al respecto, ver Enmienda 2.

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 15-2026-MIDAGRI/SENASA/PRODESA
ADQUISICIÓN DE PRUEBAS EN TIEMPO REAL PARA SALMONELLA PARA EL MONITOREO 2026 PARA UCCIRT

N°	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
4	EE.TT.	Se realiza la consulta al comité evaluador, en coordinación con el área usuaria que, considerando que la técnica, el flujo de trabajo y el software son dependientes de la marca y operan de manera óptima con su propio equipo. Consultamos si aceptarían una propuesta que incluya los kits con un equipo en calidad de sesión de uso, sin costo adicional para la entidad, a fin de garantizar la correcta ejecución del ensayo, la estandarización y la reproducibilidad de los resultados.	No se acepta, debido a que este método está acreditado con ISO 17025 con el equipo que se cuenta en el laboratorio.

EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 15-2026-MIDAGRI/SENASA/PRODESA
ADQUISICIÓN DE PRUEBAS EN TIEMPO REAL PARA SALMONELLA PARA EL MONITOREO 2026 PARA UCCIRT

PLIEGO DE ENMIENDAS

N°	Numeral de las EETT	ENMIENDAS																	
		DICE	DEBE DECIR																
03	EE.TT. A01	<table><tr><td>A</td><td>CARACTERÍSTICAS GENERALES</td></tr><tr><td>A01</td><td>CAJA CON KIT PCR EN TIEMPO REAL PARA LISTERIA MONOCYOGENES (X 96 REACCIONES)</td></tr></table>	A	CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	CAJA CON KIT PCR EN TIEMPO REAL PARA LISTERIA MONOCYOGENES (X 96 REACCIONES)	<table><tr><td>A</td><td>CARACTERÍSTICAS GENERALES</td></tr><tr><td>A01</td><td>CAJA CON KIT PCR EN TIEMPO REAL PARA LISTERIA MONOCYOGENES (X 96 REACCIONES)</td></tr></table> También se aceptará (kit de lisis x 96 reacciones y kit de PCR en tiempo real para Listeria monocytogenes x 96 reacciones) siempre que cumplan con las 96 reacciones requeridas.	A	CARACTERÍSTICAS GENERALES	A01	CAJA CON KIT PCR EN TIEMPO REAL PARA LISTERIA MONOCYOGENES (X 96 REACCIONES)								
		A	CARACTERÍSTICAS GENERALES																
A01	CAJA CON KIT PCR EN TIEMPO REAL PARA LISTERIA MONOCYOGENES (X 96 REACCIONES)																		
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES																		
A01	CAJA CON KIT PCR EN TIEMPO REAL PARA LISTERIA MONOCYOGENES (X 96 REACCIONES)																		
04	EE.TT. D01	<table><tr><td>D</td><td>OTROS</td></tr><tr><td>D01</td><td>Contenido: • 12 tiras de 8 tubos con reactivo de lisis • Cierres perforables para 96 tubos de lisis • 01 vial con Proteinasa K </td></tr><tr><td colspan="2">ESPECIFICACIONES TECNICAS</td></tr><tr><td colspan="2"> • 01 vial con reactivo de lisis • 12 tiras de 8 tubos para PCR con reactivo como pellet • 12 tiras de 8 tapas para tubos de PCR Control positivo interno (IPC) incluido en cada reacción - Tener certificado de AFNOR - Certificado de calidad - Fecha de vencimiento: No menor a 10 meses contando desde la entrega al almacén de PRODESA </td></tr></table>	D	OTROS	D01	Contenido: • 12 tiras de 8 tubos con reactivo de lisis • Cierres perforables para 96 tubos de lisis • 01 vial con Proteinasa K	ESPECIFICACIONES TECNICAS		• 01 vial con reactivo de lisis • 12 tiras de 8 tubos para PCR con reactivo como pellet • 12 tiras de 8 tapas para tubos de PCR Control positivo interno (IPC) incluido en cada reacción - Tener certificado de AFNOR - Certificado de calidad - Fecha de vencimiento: No menor a 10 meses contando desde la entrega al almacén de PRODESA		<table><tr><td>D</td><td>OTROS</td></tr><tr><td>D01</td><td>Contenido: • 12 tiras de 8 tubos con reactivo de lisis • Cierres perforables para 96 tubos de lisis • 01 vial con Proteinasa K </td></tr><tr><td colspan="2">ESPECIFICACIONES TECNICAS</td></tr><tr><td colspan="2"> • 01 vial con reactivo de lisis • 12 tiras de 8 tubos para PCR con reactivo como pellet • 12 tiras de 8 tapas para tubos de PCR Control positivo interno (IPC) incluido en cada reacción - Tener certificado de AFNOR - Certificado de calidad - Fecha de vencimiento: No menor a 10 meses contando desde la entrega al almacén de PRODESA </td></tr></table> En el caso de que el contenido del kit ofrecido omita el uso de Proteinasa K, deberá adjuntar la aprobación OMA AOAC y alcanzar el método AOAC y validación AFNOR.	D	OTROS	D01	Contenido: • 12 tiras de 8 tubos con reactivo de lisis • Cierres perforables para 96 tubos de lisis • 01 vial con Proteinasa K	ESPECIFICACIONES TECNICAS		• 01 vial con reactivo de lisis • 12 tiras de 8 tubos para PCR con reactivo como pellet • 12 tiras de 8 tapas para tubos de PCR Control positivo interno (IPC) incluido en cada reacción - Tener certificado de AFNOR - Certificado de calidad - Fecha de vencimiento: No menor a 10 meses contando desde la entrega al almacén de PRODESA	
		D	OTROS																
D01	Contenido: • 12 tiras de 8 tubos con reactivo de lisis • Cierres perforables para 96 tubos de lisis • 01 vial con Proteinasa K																		
ESPECIFICACIONES TECNICAS																			
• 01 vial con reactivo de lisis • 12 tiras de 8 tubos para PCR con reactivo como pellet • 12 tiras de 8 tapas para tubos de PCR Control positivo interno (IPC) incluido en cada reacción - Tener certificado de AFNOR - Certificado de calidad - Fecha de vencimiento: No menor a 10 meses contando desde la entrega al almacén de PRODESA																			
D	OTROS																		
D01	Contenido: • 12 tiras de 8 tubos con reactivo de lisis • Cierres perforables para 96 tubos de lisis • 01 vial con Proteinasa K																		
ESPECIFICACIONES TECNICAS																			
• 01 vial con reactivo de lisis • 12 tiras de 8 tubos para PCR con reactivo como pellet • 12 tiras de 8 tapas para tubos de PCR Control positivo interno (IPC) incluido en cada reacción - Tener certificado de AFNOR - Certificado de calidad - Fecha de vencimiento: No menor a 10 meses contando desde la entrega al almacén de PRODESA																			

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 15-2026-MIDAGRI/SENASA/PRODESA
ADQUISICIÓN DE PRUEBAS EN TIEMPO REAL PARA SALMONELLA PARA EL MONITOREO 2026 PARA UCCIRT

N°	Numeral de los lineamientos	ENMIENDAS	
		DICE	DEBE DECIR
05	Numeral 9 DATOS DEL PROCESO (DDP)	El plazo para presentar ofertas (electronicas) será: Hasta las 23:59 horas del 19 de agosto del 2026, vía correo electrónico a: adquisiciones_prodesa@senasa.gob.pe (*) Resulta necesario precisar que, la validez de la fecha de la presentación de la oferta a través de medio electrónico estará dada por la fecha de recepción en la bandeja de entrada del correo: adquisiciones_prodesa@senasa.gob.pe	El plazo para presentar ofertas (electronicas) será: Hasta las 23:59 horas del 24 de agosto del 2026, vía correo electrónico a: adquisiciones_prodesa@senasa.gob.pe (*) Resulta necesario precisar que, la validez de la fecha de la presentación de la oferta a través de medio electrónico estará dada por la fecha de recepción en la bandeja de entrada del correo: adquisiciones_prodesa@senasa.gob.pe

EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE